

6.	SZAFKA UBRANIOWA – 8 szt.		
1.	Wykonanie blacha - o gr. 0,6-1,0 mm malowana proszkowo, całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej malowanej o gr. 1,0 mm.	TAK	
2.	Wymiary min. wys. 1800 mm x szer. 800 mm x gł. 490 mm	TAK	
3.	dwudrzwiowa szafa ubraniowa, wyposażona z jednej strony w trzy półki, a z drugiej w półkę u góry i część na wieszaki boczne; komora z wieszakami podzielona jest jeszcze na połowę	TAK	
Gwarancja i certyfikaty na szafy ubraniowe			
4.	Gwarancja minimum 12 miesięcy	TAK	
5.	Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami	TAK	
7.	SZAFKA LEKARSKA PRZESZKLONA - 12 szt.		
1.	Korpus szafy dwuczęściowy; wykonany z blachy gr. 0,8 mm; górne drzwi szafy przeszklone, dolne w całości z blachy;	TAK	
2.	Półki szklane; górna część - 2 półki; dolna część - 1 półka	TAK	
3.	Zamykanie - uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach	TAK	
4.	Wymiary min. wys. 1800 mm x szer. 800 mm x gł. 435 mm	TAK	
Gwarancja i certyfikaty na szafę lekarską przeszkloną			
5.	Gwarancja minimum 12 miesięcy	TAK	
6.	Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami	TAK	

8. FOTEL PIEŁĘGNACYJNY - 2 szt.				
1.	Konstrukcja metalowa	TAK		
2.	Siedzisko z oparciem z regulacją o 90°, miękkie, wykonane z dermy	TAK		
3.	Podłokietniki regulowane	TAK		
4.	Półka umocowana do siedziska lub do innej części z regulowaną wysokością	TAK		
5.	Wymiary min. dł. 850 mm x szer. 890 mm x wys. 825 mm	TAK		
Gwarancja i certyfikaty na fotele pielęgnacyjne				
6.	Gwarancja minimum 12 miesięcy	TAK		
7.	Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami	TAK		
9. BIURKO LEKARSKIE - 6 szt.				
1.	Wykonanie - metalowe, proszkowane	TAK		
2.	Wymiary min. gł. 600 mm x szer. 1200 mm x wys. 740 - 770 mm	TAK		
3.	wypożyczony w podwieszany kontener do biurka, zbudowany z dwóch szuflad dostosowanych do kart chorobowych, zamykany na klucz	TAK		
Gwarancja i certyfikaty na biurko lekarskie				
4.	Gwarancja minimum 12 miesięcy	TAK		
5.	Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami	TAK		

10.1. STOLIKI ZABIEGOWE - 2 szt.				
1.	Wykonanie - stal nierdzewna, kwasoodporna, jezdny - kółka z hamulcami	TAK		
2.	Blat min. dł. 650 mm x szer. 400 mm osadzony na jednej nóżce	TAK		
3.	Regulacja wysokości blatu w zakresie 910 mm – 1280 mm	TAK		
Gwarancja i certyfikaty na stoliki zabiegowe				
4.	Gwarancja minimum 12 miesięcy	TAK		
5.	Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami	TAK		
10.2. STOLIKI ZABIEGOWE - 2 szt.				
1.	Wykonanie - stal nierdzewna, jezdny - kółka z hamulcami	TAK		
2.	dwa blaty, o wymiarach min. dł. 660 mm x szer. 460 mm	TAK		
3.	Wysokość 800mm	TAK		
4.	wyposażony w miskę 4l, mocowaną do jednej z nóżek stołka na obrotowym wysięgniku	TAK		
Gwarancja i certyfikaty na stoliki zabiegowe				
5.	Gwarancja minimum 12 miesięcy	TAK		
6.	Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami	TAK		
10.3. STOLIKI ZABIEGOWE - 5 szt.				
1.	Wykonanie - stal nierdzewna, jezdny - kółka z hamulcami	TAK		
2.	Wymiary min. dł. 670 mm x szer. 490 mm x wys.825 mm lub 1560 mm	TAK		

3.	wyposażony w szufladę u góry, wkład do szuflady, półkę środkową, kosz na dole wózka, wygięty uchwyt	TAK		
Gwarancja i certyfikaty na stoliki zabiegowe				
4.	Gwarancja minimum 12 miesięcy	TAK		
5.	Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami	TAK		
11.1.	STOLIKI SPRZĘTOWE - 4 szt.			
1.	Wykonanie - profil stalowy pokryty lakierem proszkowym; wysuwana sztyca chromowana, blat, czoła szuflad oraz drzwi z tworzywa ABS, jezdny - kółka z hamulcami	TAK		
2.	Wymiary min. dł. 1320 mm x szer. 840 mm x wys. 1000 mm	TAK		
3.	blat na narzędzia i materiały	TAK		
4.	5 szuflad, w dwóch kolumnach, o różnych wysokościach, z przegrodami wewnątrz z możliwością regulacji tych przegród	TAK		
5.	konstrukcja wózka umożliwiająca mocowanie dodatkowego wyposażenia na listwach bocznych; uchwyty do przetaczania; wyposażony w miskę 4l, mocowaną do jednej z nóg stołka na obrotowym wysięgniku	TAK		
Gwarancja i certyfikaty na stoliki sprzętowe				
6.	Gwarancja minimum 12 miesięcy	TAK		
7.	Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami	TAK		

11.2. STOLIKI SPRZĘTOWE - 6 szt.			
1.	korpus wózka wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym; blat, czoła szuflad oraz drzwi z tworzywa ABS, jezdny - kółka z hamulcami	TAK	
2.	Blat min. dł. 700 mm x szer. 400 mm, regulacja wysokości wspomagana sprężyną w zakresie 850 mm do 1100 mm, przechył blatu +- 90°, wykonany z płyty wiórowej.	TAK	
Gwarancja i certyfikaty na stoliki sprzętowe			
3.	Gwarancja minimum 12 miesięcy	TAK	
4.	Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami	TAK	
11.3. STOLIKI SPRZĘTOWE - 4 szt.			
1.	Wykonanie - profil stalowy pokryty lakierem proszkowym; jezdny - kółka z hamulcami	TAK	
2.	Wymiary min. 550 mm x szer. 600 mm x wys. 1000 mm	TAK	
3.	Trzy półki, mocowane równolegle	TAK	
Gwarancja i certyfikaty na stoliki sprzętowe			
4.	Gwarancja minimum 12 miesięcy	TAK	
5.	Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami	TAK	
11.4. STOLIKI SPRZĘTOWE - 6 szt.			
1.	Wykonanie - stal kwasoodporna, jezdny	TAK	
2.	Wymiary min. 550 mm x szer. 600 mm x wys. 1000 mm		
3.	dwie półki, mocowane równolegle		
Gwarancja i certyfikaty na stoliki sprzętowe			

4.	Gwarancja minimum 12 miesięcy			
5.	Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami			
12.	TABORET - 21 szt.			
1.	Wykonanie - stelaż metalowy lub stalowy, na kółkach gumowych	TAK		
2.	Wymiary min. wys.480 - 620 mm x szer. podstawy 600 mm	TAK		
3.	Siedzisko szer. 340 mm, miękkie, tapicerowane, z tworzywa zmywalnego	TAK		
4.	słownik pozwalający na regulację wysokości siedziska	TAK		
Gwarancja i certyfikat na taborety				
5.	Gwarancja minimum 12 miesięcy	TAK		
6.	Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami	TAK		
13.	WIESZAK DO PRZEŚCIERADEŁ PAPIEROWYCH - 2 szt.			
1.	stabilny wolnostojący - metalowy lub drewniany	TAK		
2.	Dwa uchwyty do rolki o różnych wysokościach	TAK		
3.	możliwość założenia rolki celulozowej o szer. 600 mm na każdy z uchwytów	TAK		
Gwarancja i certyfikat na wieszaki do prześcieradeł papierowych				
4.	Gwarancja minimum 12 miesięcy	TAK		
5.	Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami	TAK		

14.1. KRZESŁA - 10 szt.				
1.	Wykonanie - stelaż metalowy lub stalowy, jezdny	TAK		
2.	Wymiary min. siedziska wys. 660 mm x szer. 500 mm x gł. 400 mm	TAK		
3.	Siedzisko miękkie, tapicerowane, z tworzywa zmywalnego	TAK		
4.	boczne miękkie oparcia, regulowana wysokość siedziska, regulowany kąt odchylenia oparcia,	TAK		
Gwarancja i certyfikat na krzesła				
5.	Gwarancja minimum 12 miesięcy	TAK		
6.	Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami	TAK		
14.2. KRZESŁA - 10 szt.				
1.	Wykonanie - stelaż metalowy lub stalowy	TAK		
2.	Wymiary min. siedziska wys. 480 mm x szer. 410 mm x gł. 400 mm	TAK		
3.	Siedzisko miękkie, tapicerowane, z tworzywa zmywalnego	TAK		
4.	stelaż krzesła z dwoma siedziskami, pomiędzy siedziskami umieszczona półka, wygodne, z bocznymi oparciami	TAK		
Gwarancja i certyfikat na krzesła				
5.	Gwarancja minimum 12 miesięcy	TAK		
6.	Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami	TAK		

14.3. KRZESŁA - 10 szt.				
1.	Wykonanie - stelaż metalowy lub stalowy	TAK		
2.	Wymiary min. wys. 870 mm x szer. 600 mm x gł. 550 mm	TAK		
3.	Siedzisko miękkie, tapicerowane, z tworzywa zmywalnego	TAK		
4.	boczne oparcia	TAK		
Gwarancja i certyfikat na krzesła				
5.	Gwarancja minimum 12 miesięcy	TAK		
6.	Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami	TAK		
14.4. KRZESŁA - 20 szt.				
1.	Wykonanie - stelaż metalowy lub stalowy	TAK		
2.	Wymiary min. siedziska wys.480 mm x szer. 410 mm x gł. 400 mm	TAK		
3.	Siedzisko miękkie, tapicerowane, z tworzywa zmywalnego	TAK		
4.	możliwość ułożenia w stos, bez bocznych oparć	TAK		
Gwarancja i certyfikat na krzesła				
5.	Gwarancja minimum 12 miesięcy	TAK		
6.	Certyfikaty bezpieczeństwa CE i deklaracja zgodności z normami	TAK		